


LIGHTHOUSE

Thinking Ahead. Staying One Step Ahead.

equipment

DAILY REPORT

Cliente/ <i>Client</i> : ARPA Liguria		Data/ <i>Date</i> : 07/04/2018
Strumento/ <i>Equipment</i> : BOA OCEANOR MIDI		S/N: SWMidi-017
Titolo Progetto/ <i>Project name</i> : OCE016		Numero Progressivo/ <i>Progressive number</i> :
Num. Progetto/ <i>Project number</i> : PA18-1403		03
hh.mm	Luogo/ <i>Place</i>	Descrizione attività/ <i>Performed Activities</i>
08:30	Andora	Controllo funzionalità sistemi di trasmissione GPRS e HF. Check sulle connessioni e gli apparati modem interni alla boa. Nessun malfunzionamento rilevato. GPS funzionante e aggiornato. Il mancato aggiornamento dei dati via GPRS è imputabile o a una mancata fornitura del gestore telefonico o al malfunzionamento della stazione GPRS ricevente.
10:30	Andora	Pulizia O-Ring, pressurizzazione e chiusura coperchio principale boa. Boa in modalità ON per monitoraggio trasmissione dati.
12:00	Andora	Pulizia profonda scafo con idro-pulitrice presso il cantiere Polese. Boa Midi successivamente riallocata nello spiazzo antistante al container.
17:00	Ponte Ronca	Rientro e consegna mezzo aziendale presso gli uffici Lighthouse.

Attività/ <i>Activity</i>	Ore/giorno <i>Hours/day</i>	Mob % completata/ <i>% Completed Mob</i>	Demob % completata/ <i>% Completed Demob</i>
Operativo/ <i>Operative</i>	8:30	---	---
Strument. non operativa/ <i>Not operative equipment</i>	---	Commenti/Comments: Riormeggio della Boa Midi programmato per la prima finestra di buon tempo il giorno prima della quale si procederà alla riverniciatura dello scafo con anti-vegetativa. Nel frattempo si consiglia di effettuare una supervisione presso la stazione GPRS ricevente per accertarsi del corretto funzionamento della stessa e in tal caso contattare il gestore telefonico per un controllo sulla SIM in questione.	
Stand-by meteo / <i>Weather stand-by</i>	---		
Totale/ <i>Total</i>	8:30		
Strumentazione/ <i>Equipment</i>		Personale/ <i>Personnel</i>	Firma / <i>Signature</i>
Kit Manutenzione Boa Oceanor		Antonino Venza	Capo Missione / <i>Party Chief</i>
Bombola Azoto			 Rappresentante Cliente/ <i>Client Rep.</i>

LIGHTHOUSE S.p.A.
 Sede Operativa: Via Prati, 1/1 - Ponte Ronca 40069 Zola Predosa, Bologna - Italy
 P +39 051 6516716 - F +39 051 6516719 - p.i. / c.f. 03582530378
 Sede Legale: Via Calzavacchio, 23 - 40033 Casalecchio Di Reno, Bologna - Italy
 numero d'iscrizione al registro imprese di Bologna 03582530378;
 r.e.a. Bologna 301090; Capitale Sociale 400.000,00 euro i.v. - gas@pcert.it
 soggetta a coordinamento e controllo di QUAY S.r.l. - VAT 03540491200

GAS and AGEOTEC together in LIGHTHOUSE



Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID 9105080830

