

Arpa LIGURIA – Gara europea

Affidamento della fornitura di un microscopio a scansione per il Dipartimento Provinciale di Genova

- **Domanda:** cosa significa la dicitura GLP a pag. 9 di 16?

Risposta: con MP si intende la manutenzione preventiva dello strumento (pulizia della colonna, sostituzione olio delle pompe, sostituzione della sorgente del fascio, etc.); con GLP (Good Laboratory Practice) si intende la verifica di buon funzionamento dello strumento con test di taratura su matrici certificate.

Direzione/Dipartimento/ Genova

Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437317 fax +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
Maurizio.garbarino@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

